

# CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

CERTIFICADO N°: LEMO711000233-24 r0

## APPLUS METROLOGY, S.L.U.

P.I. Cova Solera - Avda. Can Sucarrats, 110, Nave 11

08191 Rubí (Barcelona) - B61408100

Telf. 935862680 / info.lem@applus.com

Organismo autorizado de verificación metrológica 02-OV-0004

Organismo de control acreditado por ENAC con acreditación n° 424/EI612.



VERIFICACIÓN PERIÓDICA CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN ICT/155/2020 (BOE 47, DE 24/02/20)

**Instrumento:** Totalizador discontinuo

**Peticionario:** SOC. COOP. OLIVARERA DE VALDEPEÑAS ( ESF13004957 )  
CR/Ciudad Real - Valdepeñas, km. 85  
13300 VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)

**Ubicación empresa:** CR/Ciudad Real - Valdepeñas, km. 85  
13300 VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)

**Ubicación instrumento en la empresa:** Patio recepción aceitunas Línea 1

**Características metrológicas:** Clase de precisión: 2                      Max= 400 kg                      Min= 5,000 kg  
e= 100 g    n= 4.000    T= ---  
  
Totalización mínima: 5 kg

**Producto/nominal/velocidad:** Aceitunas a granel - -

**Fecha puesta en servicio / instalación:** 26/10/2017 / 26/10/2017

**Fabricante conjunto:** PDL Pesaje y Control, S.L.                      **Modelo:** TEXTA                      **N° Serie:** 17063B01

**Fecha de verificación:** 03-12-2024                      **Resultado de la verificación:** FAVORABLE

**Precintos:** 04-M-1011 /Visor                      04-M-1011/Visor                      02-OV-0059276/Caja Suma  
02-OV-0059277/Acc. Switch                      04-M-1011/Cable Célula

**Software:** V1.1009P:7F8BH

**Otros Precintos:** 0    5  
**Aprobación modelo: 0300-ES-15334001 (Adicional 1ª a 0300-ES-13166001).**

Validez de esta verificación: hasta el 3 de diciembre de 2.026, si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a superar una Verificación después de Reparación o Modificación

David López Rivas

Inspector

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE UNA HOJA SIN ANEXOS. EL PRESENTE CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN SE EMITE A EFECTOS ÚNICAMENTE METROLÓGICOS.